

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to EC directives

## DECLARATION DE CONFORMITE UE

*Suivant directives CE*

**SEFRAM INSTRUMENTS SAS**

**32, rue Edouard MARTEL**

**42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2 (FRANCE)**

**Declares, that the below mentioned product complies with:**

*Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à :*

**The European low voltage directive 2014/35/UE:**

*La directive Européenne basse tension 2014/35/UE*

**EN 61010-1 :2010; EN 61010-2-32 :2012 EN 61010-2-33 :2012**

**Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.**

Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

**The European EMC directive 2014/30/ UE :**

**Standards used: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 55011:2009+A1:2010 group 1 (class B)**

*La directive Européenne CEM 2014/30/UE*

*Normes utilisées : EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 55011:2009+A1:2010 group 1 (class B)*

**The European of radio equipment directive 2014/53/EU:**

**ETSI EN 300328 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters**

*La directive Européenne RED 2014/53/EU:*

*ETSI EN 300328 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique*

**The European directives 2011/65/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment**

*La directive Européenne 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques:*

**Installation category** *Catégorie d'installation : 1000 V Cat III, 600V Cat IV*

**Pollution degree** *Degré de pollution : 2*

**Product name** *Désignation :* **pince ampèremétrique Clamp meter**

**Model Type:** **3516BF, 3526BF, 3536BF**

**Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number**

*La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro 3516BF, 3526BF, 3536BF*

**SAINT-ETIENNE the:**

**Friday, 27 April 2018**

**Name/Position:**

**CLERJON / Quality Manager**

P.O. 