

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to EC directives  
*DECLARATION DE CONFORMITE UE*  
*Suivant directives CE*

**SEFRAM INSTRUMENTS SAS**  
**32, rue Edouard MARTEL**  
**42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2 (FRANCE)**

**Declares, that the below mentioned product complies with:**

*Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à :*

**The European low voltage directive 2014/35/UE:**

*La directive Européenne basse tension 2014/35/UE*

**EN 61010-1 :2010; EN 61010-2-030 :2010**

**Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.**

*Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.*

**The European EMC directive 2014/30/ UE:**

**Standards used: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013, EN 61326-2-2:2013 CISPR11 :2009 + A1 :2010, EN 61000-3-2 :2014, EN 61000-3-3 :2013**

*La directive Européenne CEM 2014/30/UE*

*Normes utilisées : EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013, EN 61326-2-2:2013 CISPR11 :2009 + A1 :2010, EN 61000-3-2 :2014, EN 61000-3-3 :2013*

**The European directives 2011/65/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment**

*La directive Européenne 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques:*

**Installation category** *Catégorie d'installation* : **Mesure 200 V Cat III**

**Product name** *Désignation* : **Earth Resistance Tester** *mesureur de terre*

**Model Type:** **MW 9452D**

**Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number**

*La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro* **RC 9452D**

**SAINT-ETIENNE the:**  
**Tuesday, 12 December 2017**

**Name/Position:**  
**CLERJON / Quality Manager**

P.O. 