



“auf Spiegelbild einschmelzen“

gezeichnet: K. Malthey  
 geprüft: *[Signature]*

Lampe für med. Bereiche  
 24V 40W  
 Ba15d/19

Artikel-Nr.:  
 936015  
 100-1

Maße in mm
05.09.1997

MESSPANNUNG		24V					
MESSPOSITION		parallel zur Photozellenachse					
LEBENSDAUERPOS.		0 - 90°					
EIN-AUSSCHALT-ZYKLUS							
EINZELHEITEN		Eine Stunde altern bei Betriebsspannung zum Messen 2 min. einbrennen					
NAME	WERT	EINHEIT	TOL.	SPEZIFIKATION	AQL	INSTRUKTIONEN	
Leistung	40	W	±5%				
Spannung	24	V					
Lichtstrom	500	lm	±10%				
Lichtausbeute	12,5	lm/W					
Lichtverlust	.	.					
Lebensdauer	600	h					
Überspannungstest	10	%					
Socket	Ba15d/19						
Zentrierung	1	mm					
Sockelfestigkeit	2,0	Nm					
gezeichnet: K. Matthey		Lampe für med. Bereiche 24V 40W Ba15d/19			Artikel-Nr.: 936015		05.09.1997
geprüft: <i>WLL</i>							
					100-2		
SPEZIALLAMPENFABRIK DR. FISCHER GmbH		DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND			Zertifiziert ISO 9001 No. 09 100 5273		